



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 12.РЦ.07.000.М.000361.12.17 от 06.12.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ООО "ЦПС "Смайл", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д.13А, помещение 3  
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр профессиональной стоматологии "Смайл", 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д.13А, помещение 3 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения, СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ".

Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ (виды деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" №1149 от 03.11.2017 г.

Заключение действительно до 06.12.2022 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2821333



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 12.РЦ.07.000.М.000361.12.17 от 06.12.2017 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Центр профессиональной стоматологии "Смайл", 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д. 13А, помещение 3

Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: ООО "ЦПС "Смайл", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д. 13А, помещение 3, рентгеностоматологический кабинет, этаж II

Перечень работ (оказываемых услуг): эксплуатация и хранение рентгеновского стоматологического аппарата  
Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующее.

Тип аппарата: рентгеновский дентальный

Марка аппарата: FONA XDC

Страна-изготовитель: Fona S.R.L." (Италия)

Заводской номер: 3110DC1146

Год выпуска: 2015.

Год ввода в эксплуатацию: 2017.

Номинальное напряжение: 70 кV.

Номинальная сила тока: 7 mA.

Вид работ: рентгеностоматологические исследования.

Ограничительные условия: рентгеностоматологические исследования проводить в отсутствие посторонних лиц с соблюдением действующих санитарных правил.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Центр профессиональной стоматологии "Смайл", 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д. 13А, помещение 3

Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: ООО "ЦПС "Смайл", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д. 13А, помещение 3, рентгеностоматологический кабинет, этаж II

Перечень работ (оказываемых услуг): эксплуатация и хранение рентгеновского стоматологического аппарата  
Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующее.

Тип аппарата: цифровой рентгеновский панорамный стоматологический.

Марка аппарата: GXDP-700-1

Фирма, завод-изготовитель: "PaloDEx Group Oy" (Финляндия)

Заводской номер: GE1702892

Год выпуска: 2017

Год ввода в эксплуатацию: 2017

Номинальное напряжение: 90 кV.

Номинальная сила тока: 16 mA.

Ограничительные условия: рентгеностоматологические исследования проводить в отсутствие посторонних лиц с соблюдением действующих санитарных правил.



государственный санитарный врач  
и.о. заместитель главного государственного санитарного врача)

